

## Boletim de Características dos Compostos

Linha: 87113 BENVIC 124/8 A CR H

Data da Revisão: 13.01.2010

### Recomendações:

COMPOSTO DE PVC  
EXTRUSÃO FLEXÍVEL PARA USO HOSPITALAR (MANGUEIRA PARA  
SORO, CATETER NASAL E EQUIPOS EM GERAL)  
INDICADO PARA ESTERILIZAÇÃO POR RADIAÇÃO GAMA  
INJEÇÃO FLEXÍVEL DE ACESSÓRIOS PARA EQUIPOS HOSPITALARES  
(CÂMARAS DE GOTEJAMENTO)

Características	Método/Condição	Unidade	Valor	Tolerância	
				Superior	Inferior
<b>ANÁLISE FÍSICA</b>					
# COR	ME-040	DE	0,50	1.00	0.00
# PESO ESPECÍFICO	ASTM D-792 A1 - 23°C - 50% URA	g/cm3	1,21	1.23	1.19
# SHORE A (15 SEGUNDOS)	ASTM D-2240 - 23°C - 50% URA	shoreA	72,00	75.00	69.00

Obs.: 1) Os testes de características mecânicas foram efetuados em corpos de prova tipo borboleta, estampados, de lâminas prensadas  
2) A Dacarto Benvic não se responsabiliza por utilizações não recomendadas.  
3) Os relatórios de ensaios de produção somente, conterão resultados das características assinaladas por {#}.  
4) Essas informações baseiam-se em nossos Conhecimentos atuais, com o propósito de fornecer os valores típicos deste produto.